Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від "04" 10 2017 року № 602-123-20-1/ 31440

Опромінювачі бактерицидні, торговельної марки «BactoSfera», моделі:

Опромінювачі *портативні (переносні, на підставці):*
- для приміщень до 20 кв.м:
1. OBB 15P OZONE *
2. OBB 15P OZONE FREE **
3. OBB 15P ECO ***
4. OBB 15P-METAL OZONE *
5. OBB 15P-METAL OZONE FREE **
6. OBB 15P-METAL ECO ***

- для приміщень до 35 кв.м:
7. OBB 30P OZONE *
8. OBB 30P OZONE FREE **
9. OBB 30P ECO ***

- для приміщень до 50 кв.м:
10. OBB 36P OZONE *
11. OBB 36P OZONE FREE **
12. OBB 36P ECO ***

Опромінювачі *стаціонарні (настінно-стельові):*
- для приміщень до 20 кв.м:
13. OBB 15S OZONE *
14. OBB 15S OZONE FREE **
15. OBB 15S ECO ***

- для приміщень до 35 кв.м:
16. OBB 30S OZONE *
17. OBB 30S OZONE FREE **
18. OBB 30S ECO ***

- для приміщень до 50 кв.м:
19. OBB 36S OZONE *
20. OBB 36S OZONE FREE **
21. OBB 36S ECO ***

Рециркулятори бактерицидні:
- для приміщень до 30 кв.м:
22. ORBB 15x1 Vertical
23. ORBB 15x2 Vertical
24. ORBB 15x3 Vertical MAX EFFECT
25. ORBB 15x1 Horizont
26. ORBB 15x2 Horizont
27. ORBB 15x3 Horizont MAX EFFECT

- для приміщень до 60 кв.м:
28. ORBB 30x1 Vertical
29. ORBB 30x2 Vertical
30. ORBB 30x3 Vertical MAX EFFECT
31. ORBB 30x1 Horizont
32. ORBB 30x2 Horizont
33. ORBB 30x3 Horizont MAX EFFECT

Тубус-кварци:
34. SUN BABY (для дітей)
35. SUN UNIVERSAL (універсальний)
36. SUN POWER (для дорослих)

Опромінювачі кварцові:
37. QUARTZ 125 MULTIFIX
38. QUARTZ 125
39. QUARTZ 240
40. QUARTZ 400
41. QUARTZ 125 INFRARED
42. QUARTZ 240 INFRARED
43. QUARTZ 400 INFRARED

Рефлектори Мініна (Сині лампи):
44. MININ MULTIFIX
45. MININ PORTABLE
46. MININ ELITE

Опромінювачі інфрачервоні:
47. MININ MULTIFIX IR
48. MININ PORTABLE IR
49. MININ ELITE IR

Опромінювачі медичні:
50. MED 15
51. MED 30
52. MED 30x2 EKRAN
53. MED 30x3
54. MED 30x6
55. MED 30x3 TIMER
56. MED 30x6 TIMER

* - з озоновою бактерицидною лампою, ефективний ресурс роботи 8000 годин
** - з безозоновою бактерицидною лампою, ефективний ресурс роботи 9000 годин
*** - з небиткою безозоновою бактерицидною лампою, ефективний ресурс роботи 16000 годин

Всього: 56 найменувань

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 5876 від 13. 09. 2017 р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім`я, по батькові) /підпис/

М.П

Серія ДД

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.PS.002528-20

« 09 » жовтня 2020р.

Апарати ультрафіолетові бактерицидні торговельної марки «BactoSfera», моделі:

Бактерицидні опромінювачі:
1. OBB 15P OZONE [1]
2. OBB 15P OZONE FREE [2]
3. OBB 15P ECO [3]
4. OBB 15P-METAL OZONE [1]
5. OBB 15P-METAL OZONE FREE [2]
6. OBB 15P-METAL ECO [3]
7. OBB 15S OZONE [1]
8. OBB 15S OZONE FREE [2]
9. OBB 15S ECO [3]
10. OBB 30P OZONE [1]
11. OBB 30P OZONE FREE [2]
12. OBB 30P ECO [3]
13. OBB 30S OZONE [1]
14. OBB 30S OZONE FREE [2]
15. OBB 30S ECO [3]
16. OBB 36P OZONE [1]
17. OBB 36P OZONE FREE [2]
18. OBB 36P ECO [3]
19. OBB 36S OZONE [1]
20. OBB 36S OZONE FREE [2]
21. OBB 25P ECO +100% [4]
22. OBB 25P-METAL ECO +100% [4]
23. OBB 25S ECO +100% [4]
24. OBB 55P ECO +100% [4]
25. OBB 55S ECO +100% [4]
26. OBB 55S ECO +100% [4]
27. OBB 75P ECO +100% [4]
28. OBB 75S ECO +100% [4]

Бактерицидні рециркулятори:
29. ORBB 15x1 Gorizont [2]
30. ORBB 15x2 Gorizont [2]
31. ORBB 15x3 Gorizont MAX EFFECT [2]
32. ORBB 15x1 Vertical [2]
33. ORBB 15x2 Vertical [2]
34. ORBB 15x3 Vertical MAX EFFECT [2]
35. ORBB 30x1 Gorizont [2]
36. ORBB 30x2 Gorizont [2]
37. ORBB 30x3 Gorizont MAX EFFECT [2]
38. ORBB 30x1 Vertical [2]
39. ORBB 30x2 Vertical [2]
40. ORBB 30x3 Vertical MAX EFFECT [2]
41. ORBB 25x1 Gorizont +100% [4]
42. ORBB 25x2 Gorizont +100% [4]
43. ORBB 25x3 Gorizont MAX EFFECT +100% [4]
44. ORBB 25x1 Vertical +100% [4]
45. ORBB 25x2 Vertical +100% [4]
46. ORBB 25x3 Vertical MAX EFFECT +100% [4]
47. ORBB 55x1 Gorizont +100% [4]
48. ORBB 55x2 Gorizont +100% [4]
49. ORBB 55x3 Gorizont MAX EFFECT +100% [4]
50. ORBB 55x1 Vertical +100% [4]
51. ORBB 55x2 Vertical +100% [4]
52. ORBB 55x3 Vertical MAX EFFECT +100% [4]

Екрановані опромінювачі з жалюзі:
53. EKRAN Jalousie 15 [2]
54. EKRAN Jalousie 15 FAN [2]
55. EKRAN Jalousie 15x2 [2]
56. EKRAN Jalousie 15x2 FAN [2]
57. EKRAN Jalousie 30 [2]
58. EKRAN Jalousie 30 FAN [2]
59. EKRAN Jalousie 30x2 [2]
60. EKRAN Jalousie 30x2 FAN [2]
61. EKRAN Jalousie 25 +100% [4]
62. EKRAN Jalousie 25 FAN +100% [4]
63. EKRAN Jalousie 25x2 +100% [4]
64. EKRAN Jalousie 25x2 FAN +100% [4]
65. EKRAN Jalousie 55 +100% [4]
66. EKRAN Jalousie 55 FAN +100% [4]
67. EKRAN Jalousie 55x2 +100% [4]
68. EKRAN Jalousie 55x2 FAN +100% [4]

Тубус-кварци:
69. SUN BABY
70. SUN UNIVERSAL
71. SUN POWER

Кварцові опромінювачі:
72. QUARTZ 125 MULTIFIX
73. QUARTZ 125
74. QUARTZ 240

Рефлектори Мініна:
75. MININ MULTIFIX
76. MININ PORTABLE
77. MININ ELITE

Інфрачервоні опромінювачі:
78. MININ MULTIFIX IR
79. MININ PORTABLE IR
80. MININ ELITE IR

Медичні опромінювачі:
81. MED 15
82. MED 30
83. MED 30x2 EKRAN
84. MED 30x3
85. MED 30x6
86. MED 30x3 TIMER
87. MED 30x6 TIMER

1 – з озоновою бактерицидною лампою, ефективний ресурс роботи 9000 год
2 – з безозоновою бактерицидною лампою, ефективний ресурс роботи 9000 год
3 – з небиткою безозоновою бактерицидною лампою, ефективний ресурс роботи 16000 год
4 – з високопродуктивною небиткою безозоновою бактерицидною лампою, ефективний ресурс роботи 16000 год

Всього: 87 моделей.

Заступник
Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

О.І. Пиль

підпис | ініціали, прізвище

М.П.

№019025

ДОКУМЕНТ ДІЄ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
ДОКУМЕНТ ДІЄ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Додаток до декларації
№09/10-1/20 від «09» жовтня 2020р.

Апарати ультрафіолетові бактерицидні торговельної марки «BactoSfera», моделі:

Бактерицидні опромінювачі:

1. OBB 15P OZONE [1]
2. OBB 15P OZONE FREE [2]
3. OBB 15P ECO [3]
4. OBB 15P-METAL OZONE [1]
5. OBB 15P-METAL OZONE FREE [2]
6. OBB 15P-METAL ECO [3]
7. OBB 15S OZONE [1]
8. OBB 15S OZONE FREE [2]
9. OBB 15S ECO [3]
10. OBB 30P OZONE [1]
11. OBB 30P OZONE FREE [2]
12. OBB 30P ECO [3]
13. OBB 30S OZONE [1]
14. OBB 30S OZONE FREE [2]
15. OBB 30S ECO [3]
16. OBB 36P OZONE [1]
17. OBB 36P OZONE FREE [2]
18. OBB 36P ECO [3]
19. OBB 36S OZONE [1]
20. OBB 36S OZONE FREE [2]
21. OBB 25P ECO +100% [4]
22. OBB 25P-METAL ECO +100% [4]
23. OBB 25S ECO +100% [4]
24. OBB 55P ECO +100% [4]
25. OBB 55S ECO +100% [4]
26. OBB 55S ECO +100% [4]
27. OBB 75P ECO +100% [4]
28. OBB 75S ECO +100% [4]

Бактерицидні рециркулятори:

29. ORBB 15x1 Gorizont [2]
30. ORBB 15x2 Gorizont [2]
31. ORBB 15x3 Gorizont MAX EFFECT [2]
32. ORBB 15x1 Vertical [2]
33. ORBB 15x2 Vertical [2]
34. ORBB 15x3 Vertical MAX EFFECT [2]
35. ORBB 30x1 Gorizont [2]
36. ORBB 30x2 Gorizont [2]
37. ORBB 30x3 Gorizont MAX EFFECT [2]
38. ORBB 30x1 Vertical [2]
39. ORBB 30x2 Vertical [2]
40. ORBB 30x3 Vertical MAX EFFECT [2]
41. ORBB 25x1 Gorizont +100% [4]
42. ORBB 25x2 Gorizont +100% [4]
43. ORBB 25x3 Gorizont MAX EFFECT +100% [4]
44. ORBB 25x1 Vertical +100% [4]
45. ORBB 25x2 Vertical +100% [4]
46. ORBB 25x3 Vertical MAX EFFECT +100% [4]
47. ORBB 55x1 Gorizont +100% [4]
48. ORBB 55x2 Gorizont +100% [4]
49. ORBB 55x3 Gorizont MAX EFFECT +100% [4]
50. ORBB 55x1 Vertical +100% [4]
51. ORBB 55x2 Vertical +100% [4]
52. ORBB 55x3 Vertical MAX EFFECT +100% [4]

Екрановані опромінювачі з жалюзі:

53. EKRAN Jalousie 15 [2]
54. EKRAN Jalousie 15 FAN [2]
55. EKRAN Jalousie 15x2 [2]
56. EKRAN Jalousie 15x2 FAN [2]
57. EKRAN Jalousie 30 [2]
58. EKRAN Jalousie 30 FAN [2]
59. EKRAN Jalousie 30x2 [2]
60. EKRAN Jalousie 30x2 FAN [2]
61. EKRAN Jalousie 25 +100% [4]
62. EKRAN Jalousie 25 FAN +100% [4]
63. EKRAN Jalousie 25x2 +100% [4]
64. EKRAN Jalousie 25x2 FAN +100% [4]
65. EKRAN Jalousie 55 +100% [4]
66. EKRAN Jalousie 55 FAN +100% [4]
67. EKRAN Jalousie 55x2 +100% [4]
68. EKRAN Jalousie 55x2 FAN +100% [4]

Тубус-кварци:

69. SUN BABY
70. SUN UNIVERSAL
71. SUN POWER

Кварцові опромінювачі:

72. QUARTZ 125 MULTIFIX
73. QUARTZ 125
74. QUARTZ 240

Рефлектори Мініна:

75. MININ MULTIFIX
76. MININ PORTABLE
77. MININ ELITE

Інфрачервоні опромінювачі:

78. MININ MULTIFIX IR
79. MININ PORTABLE IR
80. MININ ELITE IR

Медичні опромінювачі:

81. MED 15
82. MED 30
83. MED 30x2 EKRAN
84. MED 30x3
85. MED 30x6
86. MED 30x3 TIMER
87. MED 30x6 TIMER

1 – з озоновою бактерицидною лампою, ефективний ресурс роботи 9000 год
2 – з безозоновою бактерицидною лампою, ефективний ресурс роботи 9000 год
3 – з небиткою безозоновою бактерицидною лампою, ефективний ресурс роботи 16000 год
4 – з високопродуктивною небиткою безозоновою бактерицидною лампою, ефективний ресурс роботи 16000 год

Всього: 87 моделей.

Виконавчий директор
ТОВ «БАКТОСФЕРА»
(посада особи, що склала декларацію)

(підпис)

О.В. Ляпота

МП BactoSfera 39621673

АА№077011

ДОКУМЕНТ ДІЙСНИЙ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ — УКРАЇНА — ДОКУМЕНТ ДІЙСНИЙ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

одноразового опромінення більше 5 хв. та більше не повинна перевищувати 10,0 Вт/м^2 - для області УФ-А;0,01 Вт/м^2 - для області УФ-В. Випромінювання в області УФ-С при вказаній тривалості не допускается відповідно до вимог ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів», СанПіН №239-96 "Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань", СН 4557-88 "Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Опромінювачі бактерицидні, торговельної марки «BactoSfera» (моделі згідно з додатком, всього 56 найменувань)

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 26.6-39621673-001:2016 «Опромінювачі бактерицидні», ДСТУ EN 60601-1:2015 «Вироби медичні електричні. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи № 5876 від 13. 09. 2017 р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім`я, по батькові) /підпис/

М.П.

ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

ТОВ «БАКТОСФЕРА» (LLC «BACTOSFERA»), код ЄДРПОУ 39621673
Україна, 03124, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8
тел.: +38 (044) 290-78-78; сайт: bactosfera.ua

(назва заявника, код за ЄДРПОУ, адреса, контактний телефон)

підтверджує, що продукція: Апарати ультрафіолетові бактерицидні торговельної марки «BactoSfera» (асортимент згідно з додатком, всього 87 моделей), код ДКПП 26.60.13-00.00, код УКТ ЗЕД 9018 20 00 00

(повна назва продукції та код УКТ ЗЕД)

виробництва ТОВ «БАКТОСФЕРА» (LLC «BACTOSFERA»), код ЄДРПОУ 39621673
Україна, 03124, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8
тел.: +38 (044) 290-78-78; сайт: bactosfera.ua

(назва виробника, його адреса)

відповідає вимогам: Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого ПКМ України від 2 жовтня 2013р. №753, ДСТУ EN 60601-1:2015; ДСТУ EN 60601-1-2:2015

Цією декларацією ТОВ «Бактосфера» підтверджує, що:

- *має повний комплект технічної документації на медичні вироби згідно Додатку 8 Технічного регламенту щодо медичних виробів;*
- *дотримується процедури внутрішнього контролю виробництва згідно Додатку 8 Технічного регламенту щодо медичних виробів;*
- *систематично проводить аналіз досвіду, отриманого після введення медичних виробів в обіг, з урахуванням положень Додатку 10 Технічного регламенту щодо медичних виробів;*
- *здійснює контроль якості на кожному етапі технологічного процесу виробництва, введення в обіг, при зберіганні*

Декларацію складено та підписано від імені ТОВ «БАКТОСФЕРА»

Виконавчий директор
ТОВ «БАКТОСФЕРА» _____ **О.В. Ляпота**
(посада особи, що склала декларацію) (підпис)

МП

Зареєстровано за номером
№09/10-1/20
від «09» жовтня 2020р.

ВА №0036734

ДОКУМЕНТ ДІЙСНИЙ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДОКУМЕНТ ДІЙСНИЙ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Серія ВВ

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.PS.002528-20
Зарегистрирован в Реестре органа по оценки соответствия
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 09 жовтня 2020р. до 08 жовтня 2021р.
Срок действия с
Term of validity is from

Продукція (тип) Апарати ультрафіолетові бактерицидні торговельної марки
Продукция (тип) «BactoSfera» (асортимент згідно з додатком, всього 87 моделей)
Production (type)

9018 20 00 00
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

26.60.13-00.00
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам ДСТУ EN 60601-1:2015; ДСТУ EN 60601-1-2:2015
Соответствует требованиям
Comply with the requirements

Виробник (и) продукції
Изготовитель (и) продукции
Producer (s)
ТОВ «БАКТОСФЕРА» (LLC «BACTOSFERA»), код ЄДРПОУ 39621673
Україна, 03124, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8
+38 (044) 290-78-78
bactosfera.ua

Сертифікат видано
Сертификат выдан
Certificate is issued on
ТОВ «БАКТОСФЕРА» (LLC «BACTOSFERA»), код ЄДРПОУ 39621673
Україна, 03124, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8
+38 (044) 290-78-78
bactosfera.ua

Додаткова інформація
Дополнительная информация
Additional information
Апарати ультрафіолетові бактерицидні торговельної марки «BactoSfera» (асортимент згідно з додатком, всього 87 моделей), що виготовляються серійно з 09.10.2020р. до 08.10.2021р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Сертифікація продукції проведена за схемою типу 2

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оценки соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment body
Орган з оцінки відповідності
ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,
49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56,
к. 2,3, т. (056) 742-82-39

На підставі
На основании
On the grounds of
Протоколу випробувань №1009.01/20Х2 від 09.10.2020р., виданого ВЛ ТОВ «УКРПРОМЛАБ» НВСЦ», юридична адреса: 03170, м. Київ, вул. М.Драй-Хмари, б. 44, оф. 77

Заступник
Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

О.І. Пиль
підпис — ініціали, прізвище

М.П.

Чинність сертифікату можна перевірити в Реєстрі Системи органу на сайті promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№021508

ДОКУМЕНТ ДІЄ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
ДОКУМЕНТ ДІЄ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

М.П

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "04" 10 2017 року № 602-123-20-1/ 31440

Об'єкт експертизи: Опромінювачі бактерицидні, торговельної марки «BactoSfera» (моделі згідно з додатком, всього 56 найменувань)

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із ТУ У 26.6-39621673-001:2016 «Опромінювачі бактерицидні», ДСТУ EN 60601-1:2015 «Вироби медичні електричні. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 26.60.13

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для побутового і медичного призначення, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник ТОВ «БАКТОСФЕРА», Україна, юридична адреса: 03162, м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 18-Г; адреса виробництва: 03049, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 10, код за ЄДРПОУ 39621673

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «БАКТОСФЕРА», Україна, юридична адреса: 03162, м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 18-Г, код за ЄДРПОУ 39621673

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: напруженість електромагнітного поля 50 Гц на відстані 0,5 м від поверхні, що підключена до мережі 220 В, не повинна перевищувати 500 В/м; допустима інтенсивність УФ випромінювання при наявності незахищених ділянок поверхні шкіри не більше 0,2 м^2, загальній тривалості дії випромінювання 50% робочої зміни та тривалості одноразового опромінення понад 5 хв та більше не повинна перевищувати для області УФ-А-50 Вт/м2, для області УФ-В-0,05 Вт/м2, опромінення в області УФ С-0,001 Вт/м^2 ; допустима інтенсивність ультрафіолетового опропінення працюючих при наявності незахищених ділянок шкіри не більше 0,2 м^2, загальною тривалістю дії